

Le lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®

- ✓ Simple à paramétrer, facile à utiliser*
- ✓ Le code couleur ColourSure® permet de mieux comprendre ses résultats glycémiques
- ✓ Une conception fine et compacte pour qu'il soit facile à emporter
- ✓ Peut aider à prendre de meilleures décisions dans la gestion du diabète

Les seuils préconfigurés des objectifs peuvent être modifiés facilement selon vos besoins***

Les seuils d'objectifs préconfigurés sur votre lecteur de glycémie sont :



Seuil Bas
70mg/dL



Seuil élevé
180mg/dL

Ces deux seuils définis seront appliqués à tous les résultats sans distinguer les résultats avant repas des résultats après repas.

* Pour plus d'information, et avant toute utilisation, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation

** Les décisions thérapeutiques doivent s'appuyer sur des résultats chiffrés et les recommandations d'une équipe soignante

*** Veuillez consulter votre professionnel de santé pour connaître vos objectifs

App mobile OneTouch Reveal® : aide à l'autonomie et gestion facilitée du diabète



Téléchargez gratuitement l'app
mobile OneTouch Reveal®



contact@onetouch.be



0800 14660

* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par LifeScan Europe est soumise à licence

Apple, App Store et Apple Logo sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le Google Play logo sont des marques de Google LLC.

©2023 LifeScan IP Holdings LLC, BE-SPX-2300002

ONETOUCH®



Les résultats simplifiés

Le lecteur de glycémie
OneTouch Select Plus Flex®
transforme les chiffres en
couleurs pour vous aider à les
comprendre facilement

ONETOUCH®

Les décisions thérapeutiques doivent s'appuyer sur des résultats chiffrés et les recommandations d'une équipe soignante



ColourSure®
TECHNOLOGY

Lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®

L'indicateur 3 couleurs ColourSure® vous aide à comprendre rapidement si les résultats glycémiques sont bas, élevés ou dans l'objectif



Le **bleu** vous indique que vous êtes inférieur à l'objectif



Le **vert** vous indique que vous êtes dans l'objectif



Le **rouge** vous indique que vous êtes supérieur à l'objectif

Les décisions thérapeutiques doivent s'appuyer sur des résultats chiffrés et les recommandations d'une équipe soignante

... Pour que vous puissiez avancer



Ne plus deviner
Plus besoin de deviner vos résultats, vous pouvez avancer.

Se tester facilement en 2 étapes :



Etape 1
Insérer une bandelette réactive



Etape 2
Appliquer la goutte de sang

=  5 Sec.



Etape 3
Des résultats précis en quelques secondes

Demandez à votre équipe soignante pour en savoir plus sur le lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®

Fonctionne avec les bandelettes réactives OneTouch Select® Plus



Des résultats rapides et précis après 5 secondes en moyenne



Répond à la norme EN ISO 15197:2015*



S'adapte automatiquement aux variations naturelles des globules rouges pour un résultat en toute confiance à chaque test

* Norme EN ISO 15197:2015. Dispositifs de diagnostic in vitro - Exigences applicables aux systèmes d'autosurveillance de la glycémie destinés à la prise en charge du diabète. {ISO 15197:2013}.